



## Porte-sérum télescopique h680\_15

Pied à sérum amagnétique télescopique en PVC avec 4 roues, 4 crochets et réglage en hauteur. Dimensions : L 54 x P 54 x H de 150 à 210 cm.

Le **porte-sérum télescopique H680\_15 (modèle APF 001)** est conçu pour être utilisé dans des environnements hautement contrôlés tels que les **salles de résonance magnétique (IRM)**. Sa structure est **entièrement amagnétique**, réalisée exclusivement avec des **matériaux non métalliques, non magnétiques et non conducteurs**, afin de garantir une **sécurité maximale et une compatibilité électromagnétique** en présence d'équipements de diagnostic de haute sensibilité.

Il est doté d'une **hauteur réglable télescopique**, avec un **réglage continu** et une **course de 60 cm**, s'adaptant parfaitement à divers besoins cliniques. La **base à 4 roues pivotantes** en matériau synthétique (dont **2 avec blocage total**) assure une **grande stabilité et maniabilité** dans les services hospitaliers.

La présence de **4 crochets en PA (polyamide)** permet le support de poches de perfusion ou de recueil, avec une capacité de charge maximale de **2 kg par crochet**. Le design est robuste mais léger (seulement 5 kg), idéal pour le déplacement dans les services d'IRM.

Certifié selon le **Règlement sur les Dispositifs Médicaux RDM 2017/745 – Classe I**, il est destiné exclusivement au personnel de santé **spécifiquement formé** à l'utilisation dans des environnements à haut contenu technologique comme l'imagerie par résonance magnétique.

Faites confiance à la sécurité et à la polyvalence du **pied à sérum H680\_15**. Commandez-le maintenant pour votre service d'IRM ou demandez une fourniture dédiée pour votre établissement de santé.

### Caractéristiques techniques :

- **Utilisation prévue** : environnements IRM – imagerie par résonance magnétique
- **Structure** : PVC amagnétique
- **Crochets porte-sacs** : 4 (matériau PA – polyamide)
- **Pivot de liaison** : POM-C
- **Réglage de la hauteur** : télescopique continu, course de 60 cm
- **Hauteur réglable** : de 1500 à 2100 mm
- **Roues** : 4 roues pivotantes (2 avec frein), en PP, caoutchouc thermoplastique et plastique technique
- **Dimensions** : L 54 x P 54 x H de 150 à 210 cm
- **Empattement des roues** : 487 mm
- **Capacité de charge maximale par crochet** : 2 kg
- **Poids** : 5 kg
- **Classe du dispositif** : RDM 2017/745 – Classe I
- **Matériaux** : entièrement amagnétiques et non conducteurs
- **Manutention** : facile et sûre même dans les environnements de diagnostic

## Bénéfices pour l'utilisateur :

- **Compatibilité totale** : avec les environnements IRM sans interférences.
- **Hauteur** : réglable avec système télescopique continu (jusqu'à 210 cm).
- **Structure** : 100 % amagnétique, sûre et conforme aux réglementations.
- **Roues** : pivotantes avec frein, faciles à manœuvrer et stables.
- **4 crochets** : robustes, capacité jusqu'à 2 kg chacun.

## FAQ :

1. **Le pied est-il compatible avec les salles d'IRM ?**  
Oui, il est entièrement réalisé avec des matériaux amagnétiques et non conducteurs, compatibles avec l'IRM.
2. **La hauteur est-elle réglable ?**  
Oui, il dispose d'un réglage télescopique continu de 1500 à 2100 mm.
3. **Les roues ont-elles un blocage ?**  
Oui, 2 des 4 roues sont équipées d'un blocage total pour une sécurité accrue.
4. **Quelle est la capacité de charge par crochet ?**  
Chaque crochet peut supporter jusqu'à 2 kg.
5. **Le produit est-il certifié comme dispositif médical ?**  
Oui, c'est un dispositif médical de classe I conforme au RDM 2017/745, avec code IUD-ID officiel.

## Mini guide d'achat :

Dans les environnements d'IRM, le choix d'un pied à serum doit privilégier des **matériaux amagnétiques**, la **stabilité**, et une **fonctionnalité réglable**.

Le modèle h680\_15 allie la sécurité électromagnétique à la polyvalence d'utilisation, grâce au système télescopique, aux roues pivotantes avec frein et à la structure légère mais résistante.

Il est parfait pour les hôpitaux, les cliniques radiologiques et les services de diagnostic où la conformité aux réglementations RDM et la praticité d'utilisation sont essentielles.

*Pied à serum télescopique IRM, porte-serum réglable amagnétique, dispositif médical pour résonance magnétique, pied à perfusion pour environnements IRM, porte-serum amagnétique à roues, pied PVC classe I RDM.*

*\*Image purement indicative.*

## INFORMATIONS

- **Hauteur** 210 cm
- **nombre de crochets** 4

### Porte-sérum télescopique h680\_15

Hauteur: 210 cm

Nombre de crochets: 4

